


INFORMATIONS GENERALES

Nom du site	Restitution Marseillette				
Cours d'eau	Canal Sud				
Commune	Puichéric		Département		Aude (11)
Route	-		Coordonnées GPS		N 43.231288° E 2.596345°
Propriétaire de l'ouvrage n°1 ASA de Marseillette			autorisation travaux		Obtendue
			contact		Président canal de Marseillette
			téléphone		-
	email	-			
	adresse	-			
Gestionnaire Union ASA Aude Médiane			autorisation travaux		Obtendue
			contact		Mme Emma Pendriez
			téléphone		04 68 48 06 30 / 06 30 86 05 31
	email	union.asa.aude@prestasa.fr			
	adresse	9 avenue des Treilles 11120 Saint Marcel sur Aude			
Maitre d'ouvrage SMMAR			autorisation travaux		Sans objet
			contact		Philippe CLUZEL
			portable		06 78 03 23 64
	email	philippe.cluzel@smmar.fr			
	adresse	SMMAR – EPTB du Bassin de l'Aude			
Responsable démarches administratives et installateur Ceneau	contact		Marion LIVET		
	tel	04 67 04 16 43	portable	06 78 87 33 63	
	email	m.livet@ceneau.com			
	adresse	265, avenue de l'industrie, 34 820 Teyran			

PRESENTATION DES TRAVAUX

Présentation des travaux	- Mise en place d'un logger + sonde dans un puits de mesure existant ; - Alimentation : pile lithium; - Transmission: GSM/GPRS/3G; -Mise en place d'une échelle limnimétrique; -Démontage et remise au SMMAR de l'ancien appareil de mesure.	
Schéma d'implantation et/ou photos	Oui	Cf. fiche station + Photos complémentaires disponibles à demander
Demande de raccordements	Non	
Remarques	Le 10/06/2020, le matériel démonté le 19/05/2020 a été restitué au SMMAR : Logger + sonde : Orphéus Mini OTT (NS : 452027).	

LOCALISATION STATION





FICHE STATION - DOSSIER RECOLEMENT
PC1911-01221 - Volet 2 - Tranche 2 : Instrumentation en rivières, sur prises
d'eau et mise en place de pluviomètres

11/06/2020

LOCALISATION		
Nom de la station	Restitution Marseillette	
Cours d'eau	Canal Sud	
Route	-	
Commune	Puichéric	
Département	Aude (11)	
Coordonnées GPS	N 43.231288° E 2.596345°	
Emplacement station	-	
CENTRALE D'ACQUISITION		
Centrale d'acquisition	Ecolog 1000, OTT	
Numéro de série	EL1K-000685	
MODEM		
Modem intégré à la centrale	Modem GPRS/4G interne à l'Ecolog 1000, OTT	
Numéro de ligne	KPN Multiopérateur +3197021958955 / apn : matooma.m2m	
Qualité signal	non mesurée	
CAPTEURS		
Capteur n°1	Sonde Ecolog 1000, OTT (Signal RS485 Pleine échelle : 0-10m)	
Numéro de série	EL1K-000685	
ECHELLES LIMNIMETRIQUE		
Echelle limnimétrique	Echelle limnimétrique de 2m	
Calage du zéro en mNGF	Zéro échelle : 50.6mNGF Clou d'arpentage de référence : 56mNGF	
Support de l'échelle	Support Inox en fer plat	
ALIMENTATION		
Alimentation primaire	Batterie Lithium 3.6V 26Ah	
Régulateur	-	
Alimentation secondaire	-	
PROTECTIONS		
Mise à la terre	-	
Qualité terre ohm	-	
protection court circuit TBT	centrale acquisition	-
	modem	-
	circuit général	-
protection court circuit BT	régulateur	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
protection foudre	alimentation primaire	-
	capteur 1	-
AUTRES		
Chauffage armoire	sans objet	

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS



Mise en place d'un tube en acier Inox de 6ml et de section 2" crépiné au pied pour le suivi des niveaux d'eau. La partie électronique est maintenue au sommet du tube. Un bouchon PVC est mis en place au sommet pour accéder à l'appareil et permettre la transmission des données. Il est condamné avec un cadenas.

Mise en place d'une échelle limnimétrique de 2m dans un support en fer plat Inox soudé dans l'IPN pour faciliter la lecture. L'ancienne échelle a été démontée. Le zéro de l'échelle limnimétrique est à la cote : 50.6mNGF.



Clou d'arpentage de référence : 56mNGF

Appareil de mesure en place dans le puits de mesure

