


**FICHE STATION - DOSSIER RECOLEMENT****PC1911-01221 - Volet 2 - Tranche 2 : Instrumentation en rivières, sur prises d'eau et mise en place de pluviomètres****11/06/2020****INFORMATIONS GENERALES**

Nom du site	Canet		
Cours d'eau	Canal de Canet		
Commune	Tourouzelle	Département	Aude (11)
Route	D611	Coordonnées GPS	N 43.241268° E 2.758506°
Propriétaire de l'ouvrage n°1 ASA de Canet		autorisation travaux	Obtenue
		contact	Président canal de Canet
		téléphone	04 68 43 84 65
	email	-	
	adresse	22 Avenue de la distillerie, 11 200 Canet d'Aude	
Gestionnaire Union ASA Aude Médiane		autorisation travaux	Obtenue
		contact	Mme Emma Pendriez
		téléphone	04 68 48 06 30 / 06 30 86 05 31
	email	union.asa.aude@prestasa.fr	
	adresse	9 avenue des Treilles 11120 Saint Marcel sur Aude	
Maitre d'ouvrage SMMAR		autorisation travaux	Sans objet
		contact	Philippe CLUZEL
		portable	06 78 03 23 64
	email	philippe.cluzel@smmar.fr	
	adresse	SMMAR – EPTB du Bassin de l'Aude	
Responsable démarches administratives et installateur Ceneau	contact		Marion LIVET
	tel	04 67 04 16 43	portable 06 78 87 33 63
	email	m.livet@ceneau.com	
	adresse	265, avenue de l'industrie, 34 820 Teyran	

PRESENTATION DES TRAVAUX

Présentation des travaux	-Mise en place d'un logger + sonde dans un tube en acier crépiné ; -Alimentation : pile lithium; -Transmission: GSM/GPRS/4G; -Mise en place d'une échelle limnimétrique.	
Schéma d'implantation et/ou photos	Oui	Cf. fiche station + Photos complémentaires disponibles à demander
Demande de raccordements	Non	
Remarques	-	

LOCALISATION STATION



FICHE STATION - DOSSIER RECOLEMENT

PC1911-01221 - Volet 2 - Tranche 2 : Instrumentation en rivières, sur prises d'eau et mise en place de pluviomètres

11/06/2020

LOCALISATION		
Nom de la station	Canet	
Cours d'eau	Canal de Canet	
Route	D611	
Commune	Tourouzelle	
Département	Aude (11)	
Coordonnées GPS	N 43.241268° E 2.758506°	
Emplacement station	-	
CENTRALE D'ACQUISITION		
Centrale d'acquisition	Ecolog 1000, OTT	
Numéro de série	EL1K-000681	
MODEM		
Modem intégré à la centrale	Modem GPRS/4G interne à l'Ecolog 1000, OTT	
Numéro de ligne	KPN Multiopérateur +3197020831147 / apn : matooma.m2m	
Qualité signal	non mesurée	
CAPTEURS		
Capteur n°1	Sonde Ecolog 1000, OTT (Signal RS485 Pleine échelle : 0-4m)	
Numéro de série	EL1K-000681	
ECHELLES LIMNIMETRIQUE		
Echelle limnimétrique	Echelle limnimétrique de 1.5m	
Calage du zéro en mNGF	Zéro échelle : 30.76mNGF Clou d'arpentage de référence : 32.70mNGF	
Support de l'échelle	Support Inox fer plat	
ALIMENTATION		
Alimentation primaire	Batterie Lithium 3.6V 26Ah	
Régulateur	-	
Alimentation secondaire	-	
PROTECTIONS		
Mise à la terre	-	
Qualité terre ohm	-	
protection court circuit TBT	centrale acquisition	-
	modem	-
	circuit général	-
protection court circuit BT	régulateur	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
	autres circuits	-
protection foudre	alimentation primaire	-
	capteur 1	-
AUTRES		
Chauffage armoire	sans objet	

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

Mise en place d'un tube en acier Inox crépiné au pied pour le suivi des niveaux d'eau.
 La partie électronique est maintenue au sommet du tube.
 Un bouchon PVC est en place au sommet pour accéder à l'appareil et permettre la transmission des données.
 Il est condamné avec un boulon.

Echelle limnimétrique de 1.5m fixée dans un support en fer plat Inox.
 Le zéro de l'échelle limnimétrique est à la cote : 30.76mNGF.



Clou d'arpentage de référence :
 32.70mNGF

Appareil de mesure en place dans le puits de mesure

